

INSTRUÇÃO DE USO - REALISE 3-PLUS

12236SY.

Referência do Produto

FINALIDADE:

uso em diagnostico "in vitro".
Solução para uso em
analisadores hematológicos.

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Pronto para uso. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente em aparelhos KX-21, K800/1000/4500, XP300.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros hemolisantes durante o uso.

INFORMAÇÃO: O reagente só deve ser utilizado em conjunto com o Detergente Vixclean Plus e o Diluente Reaton Plus nos equipamentos indicado no tópico "Descrição".

GARANTIA DA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMISSÃO/REVISÃO

EMISSÃO: 09/09/2021

REVISÃO: 03

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 03

Elaboração: Joyce M Figueiredo

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo